

入札に関する質疑への回答

入札件名：在宅酸素供給装置の借上げに係る一般競争入札（総合評価落札方式）

No.	文書等名称	質疑内容	回答
1	仕様書 6（2）支援体制③	BCPは個人情報の流出の懸念から、とりわけの決裁を必要としますが、文章通りの解釈をすれば書面があればよろしいとのことですか？	その通りです。BCP 事業継続計画を書面で提出してください。
2	仕様書 6（2）支援体制⑦	在宅酸素療法だけを担う一民間企業の看護師の介入が、医師にとって、必ずしも支援にあたるかは考えにくいですが、どのように考えますか？ 日常の個々の患者様のフォローアップは医者を中心とするコメディカルでなされるものと考えます。	看護師が自宅に訪問し、患者のサポートをすることはより質の高い患者支援に繋がると考えており、質問に記載の医師に対する支援ではなく、患者への支援という意味で掲載しております。

3	仕様書 6 (2) 支援体制③	3月26日に決定した契約が4月1日には履行できるようにとのことだが、物理的にも患者様のスケジュール的にも5日間で91台を入れ替えることは現実的に可能だとお考えですか？	1日あたり18台程度の入替を行えば可能であると考えております。仮に1日6人で作業すれば、1日あたり1人3～4台作業を完了すれば実現できると考えます。
4	仕様書	本仕様書は総じて、企業側の無償を求める内容が多く、入札としては不適切だと考えますが公正取引委員会に問い合わせしてよろしいですか？	当機構は、仕様書に費用負担についての事柄を明示することが、不適切な行為であるとは考えておりません。また、当機構が公正取引委員会への通報の権利を妨げることはありません。
5	仕様書 4 業務内容	本仕様書に記載のない事項とは具体的に何を想定されているのか？ 仕様書に規定のない無償部分は当社の負担とするのですか？	現段階では明確な想定はしておりませんが、仕様書に明記されていない事項は、問題が出た際にその都度協議します。

6	仕様書 5借上げ機器	Bluetooth リモコン、モニタリング装置を用いた、リモートモニタリングにつき病院に追加の負担が生じないことは、営業上の観点から承諾するものだが、その対価は無償ではなく厳然と存在するものであり、見積書の内訳にも示されなければならないと考えますが、見解をお聞かせください。	現在導入検討中であり、現段階で見積書への記載は不要です。
7	仕様書 5借上げ機器	医療機関のパソコンをオンラインにすることは技術的に可能だが、医療機関側の個人情報の保護を私どもは担保しません。個人情報の取り扱いをどのように考えていますか？	当院での個人情報の取扱いについては院内で利用目的を明確に掲示しており、医療に関する連携等において個人情報を利用することを包括して同意を得ています。
8	仕様書 6（2）支援体制①	関西の全拠点にて24時間365日オンコールを可能にしております。留守番電話など折り返しの発生するシステムではない点でコールセンターと名乗っていないが、機能として同等とみなしてよろしいですか？	患者への電話対応業務を専門に行う部門であり、それに対応する電話回線やオペレータが常時配置されていることをコールセンターの定義としています。
9	仕様書	無償サービスを多分に含む特別な事情を持ってなされる契約案件であれば、その契約相手の正当性を担保されたうえで随意契約とし、契約金額を交渉される方が双方納得する結果が得られると思います。なぜ入札にしたのですか？	当機構には、本年度より政府調達に関する協定が適用されており、一定金額以上の調達契約は、性質上相手方が特定されるものを除き、一般競争入札に付する必要があるためです。

10	仕様書 5借上げ機器	患者様91名中、遠隔モニタリングの使用者は現在何名おられますか？	35名です。
----	---------------	----------------------------------	--------