

# 仕 様 書

## 1. 品名

生体情報モニタ

## 2. 規格(製造・販売)及び数量

○フィリップス・ジャパン

品名	規格	数量
Intellivue MX450 本体 ・(6chモデル)12 インチワイド液晶タッチスクリーン ・重症領域用ソフトウェア ・ITS アダプタ	-	1
Intellivue X3 MMS(心電図/呼吸、非観血血圧、SPO2) ・本体 4chモデル 6.1 インチワイド液晶スクリーン ・ネルコア OxiMax アルゴリズムモデル	867030	1
Intellivue MX450 生体情報モニタ ソフトウェアアップグレード	866362	1
PIC iX ソフトウェアアップグレード(13床仕様) ・システムタイプ 更新アップグレード ・リリース 4 ソフトウェア ・ローカルモデルからネットワークモデルへの更新ライセンス(13ベット分)	-	1
PIC iX ソフトウェアアップグレード(11ライセンス追加) ・PIC iX リリース 4 ソフトウェア ・PIC iX システム機能追加 ・エンタープライズ患者ベット 追加ライセンス(11ベット分)	-	1
PIC iX ハードウェア ・PIC iX ハードウェア・OS 機能 ・PIC iX リリース 4 ハードウェア ・ラックマウントサーバ 本体	-	1
スマートホッピング 2.4GHz アクセスポイント	989803171221	7
アクセスポイント取付金具	989801191220	7
23.8 型カラーワイド液晶ディスプレイ	EV2460-BK	2
生体モニタスレーブ 2面工事	-	1
設置金具	-	2

### 3. 納品場所

堺市立総合医療センター 3階 救命センター

### 4. 納品期限

令和7年9月30日

### 5. その他

- ・納品期限を順守するとともに、納品にあたり疑義が生じた場合には発注者に速やかに連絡すること。
- ・取り付けにかかる費用等は受注者の負担とすること。
- ・発注者の指示に従い、納品・設置・動作確認等を行うこと。
- ・納品した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- ・関係職員に対して研修を行い、研修記録をG階修理受付センターへ提出すること。