

調達物品仕様書

品名	開創器
規格・型式等	ヘッド角可変式カムⅡ クリップオン式ハンドル 200mm 規格:42126WA T11-0247 数量:2本 カムⅡクリップ式ハンドル 200mm 規格:42126WH T11-0004 数量:2個 リチャードソン 51×178mm 規格:46153 T110862 数量:1個 凹状 マリアブル 腎静脈用 25×191mm 規格:46119C T11-0008 数量:1個 マリアブル スロット 51mm×203mm 規格:46122v T111183 数量:1個
メーカー	米国トンプソン社
数量	1式
付随作業	なし
オンライン接続 (他の医療機器またはシステムとの電子的なデータ連携)	なし
納品場所	堺市立総合医療センター 3階 手術センター
納期	令和3年3月31日(水)

募集期間	(自)	令和3年2月16日(火)	正午
	(至)	令和3年2月26日(金)	正午
提出先	koubo@sakai-hospital.jp		
担当者	地方独立行政法人堺市立病院機構 法人本部 事務局 総務室 中田		

※ 上記物件への公募型見積合せに参加する者は、堺市立病院機構ホームページ掲載資料

[「堺市立病院機構における公募型見積合せについて」](#)を参照すること。